

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-631-table-s1>

Таблица S1. Оценка буферных растворов с определением отношения сигналов (ОП) испытуемых и негативных модельных образцов (НМО)

Table S1. Evaluation of buffer solutions with determination of the signal (OD) ratio of test to negative model sample (NMS)

Характеристика буферных растворов <i>Characteristics of buffer solutions</i>	Отношение ОП испытуемых образцов и НМО <i>Test samples to NMS OD ratio</i>							Среднее <i>Mean</i>
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	
ФСБ + полисорбат 20 <i>PBS + Tween 20</i>	4,7	1,4	1,2	1,3	1,7	1,3	1,6	1,9
ФСБ + полисорбат 20 + 1% БСА <i>PBS + Tween 20 + 1% BSA</i>	1,6	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1
Снижение отношения ОП испытуемого образца и НМО, % <i>Samples to NMS OD ratio reduction, %</i>	66,0	28,6	25,0	23,1	35,3	23,1	31,3	33,2

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. ФСБ – 0,01 М фосфатно-солевой буфер, pH 7,2–7,6; БСА – бычий сывороточный альбумин; ОП – оптическая плотность.

Note. PBS, 0.01 M phosphate-buffered saline, pH 7.2–7.6; BSA, bovine serum albumin; OD, optical density.