

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-639-table-s4>

Таблица S4. Результаты оценки специфичности методики при проведении подтверждающего теста
Table S4. Results of the assessment of the specificity of the confirmatory test

Образец / <i>Sample</i>	$\bar{A}_B$ или $\bar{A}_{CS}$, нм $\bar{A}_B$ or $\bar{A}_{CS}$, nm	%CV	%I	%I > $CP_{пт}$?
<i>Без добавления антигена / Without added antigen</i>				
HPC	0,6495	2,5	–	–
MPC	0,2679	0,2	–	–
LPC	0,1760	1,4	–	–
<i>С добавлением ромиплостима до 20 мкг/мл / With the addition of romiplostim up to 20 µg/mL</i>				
HPC	0,1200	5,5	81,5	Да / <i>Yes</i>
MPC	0,1189	0,8	55,6	Да / <i>Yes</i>
LPC	0,1116	3,1	36,6	Да / <i>Yes</i>
<i>С добавлением ранибизумаба до 20 мкг/мл / With the addition of ranibizumab up to 20 µg/mL</i>				
HPC	0,7511	0,3	минус 15,6 <i>minus 15,6</i>	Нет / <i>No</i>
MPC	0,2394	5,3	10,6	Нет / <i>No</i>
LPC	0,1596	2,0	9,3	Нет / <i>No</i>

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. $\bar{A}_B$ – среднее значение аналитического сигнала положительного контрольного образца без добавления препарата; $\bar{A}_{CS}$ – среднее значение аналитического сигнала положительного контрольного образца с добавлением препарата; %CV – коэффициент вариации; %I – показатель «процент ингибирования» сигнала при добавлении препарата; $CP_{пт}$ – предельное значение незначимого ингибирования; HPC, MPC, LPC – высокий, средний и низкий положительные контрольные образцы соответственно; «–» – не применимо.
Note. $\bar{A}_B$, mean value of the analytical signal of the positive control without the addition the drug; $\bar{A}_{CS}$, mean value of the analytical signal of the positive control with the addition the drug; %CV, coefficient of variation; %I, percentage of signal inhibition upon addition of the drug; $CP_{пт}$, cutoff point of no significant inhibition of insignificant inhibition; HPC, MPC, LPC, high, medium and low positive control samples respectively; –, not applicable.