

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-639-table-s5>

Таблица S5. Результаты оценки влияния ромиплостима, присутствующего в образцах при проведении скрининг-теста
Table S5. Results of the assessment of the effect of romiplostim present in the samples during the screening test

Образец / <i>Sample</i>	$\bar{A}$, нм <i>A, nm</i>	%CV	$\bar{A} > CP_{скр}$?	%R	$75 \leq \%R \leq 125$?
Образцы, не содержащие ромиплостим / <i>Samples not containing Romiplostim</i>					
HPC	0,6495	2,5	Да / <i>Yes</i>	–	–
MPC	0,2679	0,2	Да / <i>Yes</i>	–	–
LPC	0,1760	1,4	Да / <i>Yes</i>	–	–
NC	0,1123	10,1	–	–	–
Образцы, содержащие 1 нг/мл ромиплостима / <i>Samples containing 1 ng/mL romiplostim</i>					
HPC	0,7642	1,4	Да / <i>Yes</i>	118	Да / <i>Yes</i>
MPC	0,2742	0,9	Да / <i>Yes</i>	102	Да / <i>Yes</i>
LPC	0,2122	2,4	Да / <i>Yes</i>	121	Да / <i>Yes</i>
NC	0,1133	0,6	Нет / <i>No</i>	101	Да / <i>Yes</i>

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. $\bar{A}$ – среднее значение аналитического сигнала образца; %CV – коэффициент вариации; $CP_{скр}$ – предельное значение скрининг-теста, 0,166; %R – коэффициент выявления; HPC, MPC, LPC – высокий, средний и низкий положительные контрольные образцы соответственно; NC – негативный контрольный образец; «–» – не применимо.

Note. $\bar{A}$ – mean value of the analytical signal; %CV – coefficient of variation; $CP_{скр}$ – cutoff value of the screening test, 0.166; %R – detection coefficient; HPC, MPC, LPC – high, medium and low positive control samples; NC – negative control sample; –, not applicable.