

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-639-table-s6>

Таблица S6. Результаты оценки устойчивости результатов скрининг-теста и подтверждающего теста к замене компонентов аналитической системы

Table S6. Results of the assessment of the stability of the results of the screening test and the confirmatory test to the replacement of components of the analytical system

Используемый препарат / <i>The drug used</i>		Показатель <i>Indicator</i>	Образец / <i>Sample</i>		
Для сорбции на стрептавидиновых биосенсорах <i>For immobilization on streptavidin biosensors</i>	Для добавления в образцы в подтверждающем тесте <i>For addition to samples during confirmatory testing</i>		HPC	MPC	LPC
Оригинальный препарат <i>Original drug</i>	–	$\bar{A}_B$	0,7826	0,2605	0,1696
		%CV	3,9	6,3	1,5
Биоаналогичный препарат <i>Biosimilar drug</i>	–	$\bar{A}_B$	0,6495	0,2679	0,1760
		%CV	2,5	0,2	1,4
	Оригинальный препарат <i>Original drug</i>	$\bar{A}_{CS}$	0,1412	0,1087	0,1035
		%CV	2,1	5,5	6,1
		%I	78,3	59,4	41,2
	Биоаналогичный препарат <i>Biosimilar drug</i>	$\bar{A}_{CS}$	0,1200	0,1189	0,1116
		%CV	5,5	0,8	3,1
		%I	81,5	55,6	36,6

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. $\bar{A}_B$ – среднее значение аналитического сигнала положительного контрольного образца без добавления ромиплостима; $\bar{A}_{CS}$ – среднее значение аналитического сигнала положительного контрольного образца с добавлением ромиплостима; %CV – коэффициент вариации; %I – показатель «процент ингибирования» сигнала при добавлении препарата; HPC, MPC, LPC – высокий, средний и низкий положительные контрольные образцы соответственно; «–» – не применимо.

Note. $\bar{A}_B$, mean value of the analytical signal of the positive control sample without the addition of romiplostim; $\bar{A}_{CS}$, mean value of the analytical signal of the positive control sample with the addition of romiplostim; %CV, coefficient of variation; %I, percentage of signal inhibition upon addition of the drug; HPC, MPC, LPC, high, medium and low positive controls, respectively; –, not applicable.