

Приложение 1 | Supplementary material 1

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2026-26-2-220-229-annex>




Рисунок подготовлен авторами / The figure was prepared by the authors

Рис. S1. Блок-схема реверсивного аллергосорбентного теста (PEACT). ФСО IgE-Амб – фармакопейный стандартный образец лиофилизированной IgE-содержащей сыворотки к аллергену пыльцы амброзии полыннолистной.

Fig. S1. Flow chart of reverse allergosorbent test (REAST). PhRS, pharmacopoeial reference standard.




Рисунок подготовлен авторами / The figure was prepared by the authors

Рис. S2. Блок-схема твердофазного ИФА. ФСО IgE-Амб – фармакопейный стандартный образец лиофилизированной IgE-содержащей сыворотки к аллергену пыльцы амброзии полыннолистной.

Fig. S2. Flow chart of solid-phase ELISA. PhRS, pharmacopoeial reference standard.




Рисунок подготовлен авторами / The figure was prepared by the authors

Рис. S3. Блок-схема конкурентного ИФА. ФСО IgE-Амб – фармакопейный стандартный образец лиофилизированной IgE-содержащей сыворотки к аллергену пыльцы амброзии полыннолистной.
Fig. S3. Flow chart of competitive ELISA. PhRS, pharmacopoeial reference standard.

Таблица S1. Критерии приемлемости ANOVA

Table S1. ANOVA acceptance criteria

Критерии <i>Criteria</i>	Результаты <i>Results</i>	Соответствие критерию <i>Compliance</i>
Регрессия <i>Regression</i>	$F > F_{\text{critical}}$	Да / <i>Yes</i>
Линейность <i>Linearity</i>	$F < F_{\text{critical}}$	Да / <i>Yes</i>
Параллелизм <i>Parallelism</i>	$F < F_{\text{critical}}$	Да / <i>Yes</i>

Таблица составлена авторами по данным источников, представленных в сноске¹ / The table is adapted from the sources cited in the footnote¹

Примечание. F – вычисленный критерий Фишера при проверке гипотезы; F_{critical} – критическое значение распределения Фишера²

Note. F , calculated Fisher's F -test for hypothesis testing, F_{critical} , critical value of the Fisher-distribution²

¹ <https://helix.ru/kb/item/21-622>

<https://dermnetnz.org/topics/immunoglobulin-e-tests>

² PLA 2.0. <https://www.stegmanns.com>